



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره ۶۶۴/۳۵۹۶

تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

پوست ندارد

سراسری

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور...

موضوع: فراخوان تجهیزات پزشکی

سلام علیکم؛

احتراماً بدینوسیله به استحضار می‌رساند، کالاهای مندرج در جدول ذیل با الزامات فنی مشخص شده توسط این اداره کل مطابقت ندارد و شرکت سازنده نسبت به جمع آوری آن‌ها اقدام نموده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی موضوع به کلیه مراکز درمانی تابعه آن دانشگاه محترم (مراکز تابعه از جمله دانشگاهی و غیر دانشگاهی)، در صورت وجود کالاهای با مدل و سری ساخت‌های مشخص شده در مراکز درمانی، با شرکت نامبرده تماس حاصل گردد.

ردیف	نام وسیله	نام سازنده	مدل	نام تجاری	سری ساخت	علت فراخوان
۱	باند گچی	تولیدی درمان گستر سینوه زرنديه	باند گچی ارتوپدی (بافت لینو نخ ۳۰ سایز ۱۵*۲۵۰ CM- رول	SINO CAST	۹۹/۵	بافت پارچه مورد استفاده با الزامات فنی مورد تأیید اداره کل مطابقت ندارد.
۲	باند گچی	تولیدی درمان گستر سینوه زرنديه	باند گچی ارتوپدی (بافت لینو نخ ۳۰ سایز ۱۰*۲۵۰ CM- رول	SINO CAST	۹۹/۵	بافت پارچه مورد استفاده با الزامات فنی مورد تأیید اداره کل مطابقت ندارد.
۳	آتل گچی	تولیدی درمان گستر سینوه زرنديه	تمامی مدل‌ها	تمامی نام‌های تجاری	-	الزامات برچسب گذاری اداره کل رعایت نشده است.

دکتر رضا مسائلی

مشاور وزیر و مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

از طرف

مهندس علیرضا سلیمانی

خیابان انقلاب، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹

تلفن: ۶۳۴۲۰ شماره: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۴۱۵۸۴۵۳۷۱

www.imed.ir

@imedir