



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

بهدشتی خراسان شمالی

پارستان آیت ... هاشمی رفنجانی

شیروان

چک لیست ایمنی بیمار در بخشهای بالینی

تاریخ آخرین بازنگری: 98/07

تاریخ آخرین ابلاغ:

کد سند: AHRH- QID-QR01-10

تاریخ بازنگری بعدی: 99/07



تاریخ:

بخش:

ملاحظات	خیر	بله	شاخص ارزیابی
			1. زمان نگهداری داروها در یخچال دارویی براساس استاندارد رعایت می شود؟
			2. تاریخ انقضاء داروها چک می شود؟
			3. درجه یخچال دارویی روزانه چک و بررسی می شود؟
			4. ارتباط کارکنان با بیماران مناسب است؟
			5. آیا منشور حقوق بیمار موجود است و در معرض دید بیماران قرار دارد؟
			6. آیا ایمنی در منشور حقوق بیمار لحاظ شده است؟
			7. امکانات تریلی اورژانس کامل می باشد و چک آن انجام می شود؟
			8. رضایت آگاهانه در موارد پروسیجر تهاجمی (آندوسکوپی، کولونوسکوپی و تست ورزش و ...) از بیمار اخذ می شود؟
			9. آیا تمهیدات لازم جهت پیشگیری از سقوط بیمار قبل از هر اقدام در نظر گرفته شده است؟
			10. آیا شناسایی فعال و چک دستبند شناسایی بیمار قبل از هر گونه اقدام انجام می گردد؟

	چک لیست ایمنی بیمار در بخشهای بالینی		 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهدشتی خراسان شمالی بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان
	تاریخ آخرین بازرسی: 98/07	تاریخ آخرین ابلاغ:	
	کد سند: AHRH- QID-QR01-10	تاریخ بازرسی بعدی: 99/07	
تاریخ:		بخش:	

ملاحظات	خیر	بله	شاخص ارزیابی
			11. تجهیزات پزشکی بخش مناسب و سالم هستند؟ چک می شوند؟
			12. آیا کلیه دستگاهها دستورالعمل دارند؟
			13. پرسنل آگاهی و مهارت از نحوه کار با تجهیزات و نحوه نگهداری و رعایت اصول ایمنی هنگام کار با دستگاه دارند؟
			14. آیا کالیبراسیون دستگاهها و تجهیزات بصورت پیشگیرانه - منظم و دوره ای انجام می شود؟
			15. آیا تجهیزات معیوب و خراب ، تعمیر و یا از رده خارج شده اند؟
			16. اکسیژن کپسول پرتابل در بخش وجود دارد؟
			17. سیستم اطفاء حریق در بخش استاندارد فعال است؟

	چک لیست ایمنی بیمار در بخشهای بالینی		 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهدشتی خراسان شمالی بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان
	تاریخ آخرین ابلاغ :	تاریخ آخرین بازنگری: 98/07	
	تاریخ بازنگری بعدی: 99/07	کد سند : AHRH- QID-QR01-10	
بخش:		تاریخ:	

ملاحظات	بله	خیر	شاخص ارزیابی
			18. بهداشت دست در پنج موقعیت به درستی انجام می شود؟
			19. وسایل حفاظت فردی در دسترس بوده و از وسایل به تناسب مورد و بطور صحیح استفاده می شود؟
			20. پیش شستشو بلافاصله و پس از اتمام آندوسکوپی در همان محل انجام می شود؟
			21. پیش شستشو پس از جداسازی آندوسکوپی از منبع نور و ویدئو به طور صحیح انجام می شود؟
			22. تمامی اجزای جداسازی آندوسکوپ پس از شستشو از هم جدا می شوند؟
			23. در صورت استفاده از شوینده های آنزیمی، زمان مواجهه طبق دستورالعمل کارخانه سازنده رعایت می شود؟
			24. آندوسکوپ و تمامی اجزاء آن بطور کامل در ماده شوینده غوطه رو می شوند؟
			25. تمامی کانالها با برس سایز مناسب برس زده می شوند؟
			26. سطوح خارجی با استفاده از پارچه نرم، اسفنج یا برس تمیز می شوند؟
			27. برای سهولت دسترسی ماده شوینده به تمامی سطوح، در پیچه ها به صورت مکرر در حین شستشو باز و بسته می شوند؟
			28. پس از هر بار برس زدن بقایای واضح جدا شده و برس بامحلول شستشو تمیز می شود؟
			29. پس از شستشوی هر دستگاه، سینک بوسیله یک شوینده تمیز می شوند؟
			30. ماده ضدعفونی کننده استفاده شده دارای تأییدیه واحد کنترل عفونت می باشد و زمان مواجهه 20 دقیقه برای ماده ضدعفونی کننده رعایت می شود؟
			31. آیا پرسنل زمان شستشوی اسکوپها از ماسک ضد گاز استفاده می کنند؟

	چک لیست ایمنی بیمار در بخشهای بالینی		 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهدشتی خراسان شمالی بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان
	تاریخ آخرین بازنگری: 98/07	تاریخ آخرین ابلاغ:	
	کد سند: AHRH- QID-QR01-10	تاریخ بازنگری بعدی: 99/07	
تاریخ:		بخش:	

			32. پس از تمام ضد عفونی، آندوسکوپ به طول کامل آبکشی شده و تمامی کانالها با آب فلاش می شود تا محلول ضد عفونی کننده پاک شود؟
			33. پس از اتمام آبکشی در صورت استفاده از آب غیر استریل آب شیر یا فیلتر شده کانالها با الکل ایزوپروپیل یا اتانول 70-90٪ فلاش می شوند؟

ملاحظات	بله	خیر	شاخص ارزیابی
			34. پس از اتمام الکل فلاش با استفاده از هوای فشرده دستگاه خنک می شود؟
			35. تاریخ مصرف و انقضاء ماده ضد عفونی کننده روی ظروف ثبت شده است؟
			36. شرایط تعویض مطابق با زمان و یا شفافیت محلول صورت می گیرد؟
			37. جداسازی پسماندهای عفونی و غیر عفونی بدرستی انجام می شود؟
			38. جداسازی پسماندهای شیمیایی بدرستی انجام می شود؟
			39. برچسب گذاری پسماندها بدرستی انجام می شود؟
			40. دفع پسماندهای نوک تیز بدرستی انجام می شود؟
			41. نظافت کلی بخش رضایت بخش است؟
			42. محلول ضد عفونی برای ساکشن ها موجود و تمیز و تاریخ دار است؟
			43. محلول ضد عفونی تجهیزات پزشکی موجود است؟